



ANEXO-INSPECCIÓN DE CENTROS DE PODOLOXÍA

I – OFERTA ASISTENCIAL:

Podoloxía

O centro está destinado para uso:

Consulta de podoloxía sen cirurxía

Consulta de podoloxía con área de cirurxía específica

II – TIPO DE EQUIPAMENTO BÁSICO:

Material e equipamento na área de quiropodoloxía,	Cadeira podolóxica	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	Taburete para o profesional	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	Equipo podolóxico:	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	- torno podolóxico ou micromotor	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	- sistema de aspiración	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	- sistema de iluminación móbil	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Instrumental adaptado á actividade a desenvolver:	mango de bisturí	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	pinza de Adson	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	alicate para unllas	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	gubia	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	tesoiras	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	fresas para micromotor	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	material mínimo funxible dun so uso	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
material farmacolóxico	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	

II bis – OBSERVACIÓNS



<p>ESTERILIZACIÓN:</p> <p><input type="checkbox"/> Non aplicable</p>	Presenta protocolo de esterilización:	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
	Métodos utilizados: Físicos <input type="checkbox"/> Químicos <input type="checkbox"/> Especificar:	
	Control de Esporas SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	
	Aparatos, identificar marca e modelo: Tipo de AUTOCLAVE segundo a descrición do uso previsto: B <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> Material estéril embolsado SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	

III – INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO OPCIONAL (en función da actividade desenvolvida):

Área de exploración biomecánica <input type="checkbox"/> Non aplicable	<ul style="list-style-type: none"> o Banco de marcha ou podoscopio o Camilla ou cadeira podolóxica reclinable o Instrumental: <ul style="list-style-type: none"> - goniómetro - pedígrafo (sistema para improntas plantares) - martelo de reflejos - plomada - cinta métrica 	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Área de ortopodoloxía <input type="checkbox"/> Non aplicable	<ul style="list-style-type: none"> o Pulidora o Serra eléctrica o Pistola de aire quente o Forno eléctrico 	SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>



<p>Área de cirurxía específica</p> <p><input type="checkbox"/> Non aplicable</p>	<p>o Equipamento mínimo: SI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none">- Cadeira podolóxica de cirurxía- Equipo básico de RCP en disposición permanente de uso- Grupo electróxico autónomo- Material:<ul style="list-style-type: none">⇒ mango de bisturí⇒ pinza de disección⇒ alicates⇒ gubia⇒ tesoiras⇒ limas
--	---

III bis – OBSERVACIÓNS

Asdo.- _____ / _____